



Lass' Dich nicht beeinflussen!



- Vor der Implantation Arbeitgeber informieren!
- Möglichst individuelle Beurteilung der Gefährdung vornehmen (im Idealfall vor der Implantation!)
- Gefahrenbereiche für Implantatträger müssen gekennzeichnet sein! (Verbotsschilder P11 und P16 nach der Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR A1.3)



Weitere Informationen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen

- „Beeinflussung von Implantaten durch elektromagnetische Felder – Eine Handlungshilfe für die betriebliche Praxis“ (BGI/GUV-I 5111)
- „Elektromagnetische Felder und Implantate - Empfehlungen“ (BGI/GUV-I 5111-2)
- Regel „Elektromagnetische Felder“ (BGR/GUV-R B 11)

